

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ СЕРТ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.01002

Срок действия с 15.11.2023 по 14.11.2026

001271

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004
115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1.
Тел./факс: +7 (499) 271-79-84.

ПРОДУКЦИЯ

Системы измерительные АСН-15. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 4213-309-05806720-2017 «Системы измерительные АСН-15».

Серийный выпуск.

Код ОКПД2:

26.51.52.110

Код ТН ВЭД ЕАЭС:

8413 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования» (уровень полноты безопасности 2 (SIL 2)).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Промприбор».
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 303858, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, дом 2П.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Промприбор».
Основной государственный регистрационный номер: 1025700514300.
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 303858, Россия, Орловская область, город Ливны, улица Индустриальная, дом 2П.
Номер телефона: +7(48677)7-77-85, e-mail: sales@prompribor.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 2311925Н от 14.11.2023 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазБезопасность».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения согласно ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы – 12 лет. Срок хранения – в упаковке и консервации предприятия-изготовителя - 2 года.



Руководитель органа

В.А. Кузнецова

Эксперт

А.Н. Аксенов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации